Testset 922

bio|vis' DIAGNOSTIK MVZ

Dryspot

(Test n. N105, N120, N130, N140, N340, N610, N1000, N1010, N1100)

Istruzioni per il test

Il kit per il test è composto dai seguenti materiali:

1 x modulo di richiesta
1 x foglio di istruzioni
1 x fazzolettino disinfettante
1 x cerotto
2 x lancette
1 x pipetta
1 x essicante
1 x involucro protettivo
1 x busta per la spedizione
1 x supporto per campioni



Istruzioni:

1. Estrarre il fazzolettino disinfettante dalla bustina e disinfettare il polpastrello del dito.
2. Tenere la lancetta come mostrato nell'immagine. Girare completamente il cappuccio protettivo blu e toglierlo con cautela.
3. Poggiare la mano su un sostegno stabile. Mantenere la lancetta tra dito indice e dito medio e poggiarla verticalmente sul polpastrello. Premere con forza il tasto bianco con il pollice. Si prega di scartare le prime gocce poiché queste contengono molto liquido interstiziale.
4. Mantenere la mano in orizzontale ad altezza delle anche e massaggiare il dito dal basso verso il sito della puntura fino al formarsi di una grossa goccia pendente.
5. Spostate la pipetta a lato della goccia di sangue e attendere fino a quando il sangue è stato aspirato del tutto fino alla fascetta bianca (= 50µl sangue).
6. Premere lo stantuffo bianco completamente e riversare poi il contenuto della pipetta colma nel centro del campo punzonato. Lasciare asciugare il filtro all'aria per almeno 45-60 minuti.
   Attenzione: Nel caso della serotonina e dell'analisi degli acidi grassi utilizzare i campi appositi contraddistinti.
7. Compilare la parte esterna dell'involucro protettivo con nome e data del prelievo di sangue.
8. Inserire infine l'involucro con il bloodspot nella bustina trasparente e inviarlo nella busta allegata al laboratorio insieme al modulo di richiesta compilato.



Si prega di prestare la massima attenzione:

• Annotare la data e l'ora del prelievo sul fronte del modulo di richiesta

• Possono essere esaminati solo campioni accompagnati dal modulo di richiesta interamente compilato

La ringraziamo per il Suo aiuto!
*Il team di **biovis'***

biovis' Diagnostik MVZ GmbH
Justus-Staudt-Straße 2 · 65555 Limburg Offheim

Aggiornato: Novembre 2018